



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЦМТУ Росстандарта)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦМТУ Росстандарта: 109074, Москва, Китайгородской пр-д., 7, стр. 1, под. 5, оф. 5140 тел./факс: (495) 660-60-55/270-14-91
153000, г. Иваново, ул. Почтовая, 31/42, оф. 2-7, тел./факс: (4932) 92-00-16

адрес территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта, телефон, факс

г. Иваново
(место составления акта проверки)

« 14 » декабря 2017 г. 16 : 00 (час/мин.)
(дата и время составления акта проверки)

АКТ ПРОВЕРКИ
территориальным отделом (инспекцией) по Ивановской области
ЦМТУ Росстандарта

юридического лица

юридического лица или индивидуального предпринимателя

№ 1504/205

По адресу/адресам: Ивановская область, г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4,
(место проведения проверки)

На основании: приказа от «01» ноября 2017 г. № 1504
Калинниковой Марины Григорьевны – руководителя ЦМТУ Росстандарта
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального казенного профессионального образовательного учреждения "Ивановский радиотехнический техникум-интернат" министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (сокращенное наименование ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«20» ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 03 час 30 мин.;
« » декабря 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 час 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом (инспекцией) по Ивановской области ЦМТУ Росстандарта.
(наименование территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Федерального казенного профессионального образовательного учреждения "Ивановский радиотехнический техникум-интернат" министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Соколова Татьяна Владимировна 10.11.2017 г. в 15:00.

(заполняется при проведении выездной проверки) (указать: должность, фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Леонтьева Лариса Борисовна – начальник территориального отдела (инспекции) по Ивановской области ЦМТУ Росстандарта, Новожилова Галина Рудольфовна – старший государственный инспектор территориального отдела (инспекции) по Ивановской области ЦМТУ Росстандарта.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

Эксперты/экспертные организации к проведению мероприятий по контролю: не привлекались

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Соколова Татьяна Владимировна - директор ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России , Егоров Евгений Алексеевич -инженер по обеспечению жизнедеятельности ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России)

(фамилия имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

1.1. Наименование: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение "Ивановский радиотехнический техникум-интернат" министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее сокращенное наименование ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России).

Место нахождения юридического лица: 153024, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4;

Место фактического осуществления деятельности: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4.

1.2. Основной вид деятельности: код ОКВЭД 85.21, образование профессиональное среднее. (приложения №№ 1, 2)

ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.11.2015 №880.

1.3. ОГРН 1033700087024 от 28.12.1992 г., ИНН – 3729009737, КПП – 370201001.

Банковские реквизиты: Для организаций, имеющих расчетный счет в органах Федерального казначейства: № главы 149, № л/с в ОФК 03331А73920, Т р/с 40105810400000010006, Пункт для в,б счета г. Иваново.

(приложение № 3)

1.4. Руководство ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России осуществляет директор – Соколова Татьяна Владимировна, назначена на должность Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) № 5-кр от 16 февраля 2015г.в соответствии с должностной инструкцией.

1.5. Ответственным за метрологическое обеспечение техникума-интерната назначен инженер по обеспечению жизнедеятельности Егоров Евгений Алексеевич, приказ №116 от 14.07.2017, принятый на работу на основании приказа №38-к/с от 13.10.2010.

(приложения №№ 4,5, 6, 7, 8,9)

1.6. Снабжение энергоресурсами ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России осуществляется на основе договорных отношений. Приборы учета установлены соответственно в зданиях ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России по адресу ул. Музыкальная, д.4.

Энергоснабжение осуществляется от ТП-92 Сетевой организации, в соответствии с государственным контрактом на поставку электрической энергии №ЭКС03180 от 06.02.2017. по 5 точкам поставки.

Поставка тепловой энергии и теплоносителя осуществляется от наружных теплотрасс Ивгортеплоэнерго, в соответствии с государственным контрактом №445 от 11.09.2017. Приборы учета установлены в тепловом пункте по адресу ул. Музыкальная, д.4..

Поставка газа осуществляется по государственному контракту №13-5-10647 ИВ от 11.09.2017 оплата за услуги производится по приборам учета, установленным в учебном корпусе.

Холодное водоснабжение и водоотведение осуществляет АО «Водоканал» в соответствии с ГК №71-Б/к от 06.02.2017. 2 точки поставки и учета ресурса находится на вводе в учебный корпус и в здание общежития.

(приложения №№ 10, 11, 12, 13)

1.7. Настоящая проверка проводилась в соответствии с «Ежегодным планом проведения плановых проверок ЦМТУ Росстандарта на 2017 г.», с целью осуществления федерального государственного метрологического надзора в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», на основании Приказа от 01 ноября 2017 г. № 1504 руководителя ЦМТУ Росстандарта Калининковой М.Г.

1.8. Приказ на проведение плановой выездной проверки в отношении ФКПОУ «ИВРТТИ» Минтруда России от 1 ноября 2017 г. № 1504 направлен нарочно и получен 10.11.2017 г. входящий № 31.

(приложение № 16)

2. Результаты проверки, проведенной в рамках федерального государственного метрологического надзора:

ФКПОУ «ИВРТТИ» Минтруда России осуществляет деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при:

- осуществлении деятельности в области здравоохранения,
- выполнении работ по обеспечению безопасных условий охраны труда,
- учете количества энергетических ресурсов,
- осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров, измерений веса отпускаемой продукции точности.

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

нарушений не выявлено

перечень нарушений, перечень законодательных и нормативных актов, требования которых не соблюдаются

2.1. Проверено:

- 1) 45 ед. применяемых средств измерений, из них 0 с нарушением обязательных (количество) (количество)

требований

При выполнении работ по обеспечению безопасности условия и охраны труда:

- Измерение температуры и влажности в помещениях (кабинет информатики, склад) – Гигрометр ВИТ-1 -5 ед. СИ;

При осуществлении деятельности в области здравоохранения:

- Измерение массы тела человека –Весы электронные -2 ед. СИ;
- Измерение температуры тела человека – термометры медицинские, электронные WT-03-6 ед. СИ;
- Измерение роста человека – Ростомер Диаком -1 ед. СИ;
- Измерение артериального давления – UA705 -1 ед. СИ;
- Измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «MARKV» - 1 ед. СИ;
- Измерение силы –динамометр кистевой ДМЭР-120 -1 ед. СИ
- Измерение объема выдыхаемого воздуха, спирометр сухой ССП -1 ед. СИ
- Измерение частоты пульса - секундомер механический СОСпр-26, КТ-3 -2 ед. СИ;

При выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов:

- Измерение объема газа– Счетчик расхода -1 ед. СИ
- Измерение расхода и показателей теплоносителя:

тепловычислитель ТВ-7— 1 ед. СИ

преобразователь расхода ПРЭМ-32, – 2 ед. СИ;

- Измерение давления теплоносителя:

датчик давления теплоносителя - ПДТВх 1,6 - 1 ед.СИ

– Измерение расхода воды: счетчики холодной и горячей воды- -3 ед. СИ.

– Измерение потребления электроэнергии – 8 ед. СИ;

– При осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров, измерений веса отпускаемой продукции точности.:

– Измерение веса отпускаемой продукции:

Весы товарные - 3 ед. СИ.

В ходе проверки были проверены применяемые ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России средства измерений и составлен Протокол проверки применяемых средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям № 1504/205-1 от 20.11.2017 г. на трех листах (приложение № 7).

По итогам проведения проверки и анализа документов, связанных с предметом проверки, составлены протокол проверки применения средств измерений в сфере государственного регулирования от 13.12.2017 г., №1504/205 (приложение № 8)

2.2. Все проверенные средства измерений утвержденного типа, поверка применяемых средств измерений подтверждается действующими свидетельствами о поверке или оттисками поверительных клейм на средствах измерений и в сопроводительной документации. Конструкция средств измерений обеспечивает ограничение доступа к определенным частям средств измерений в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений. Механических повреждений средств измерений и устройств, входящих в состав узлов учета, не обнаружено. Нарушений требований к условиям эксплуатации средств измерений не выявлено. Результаты измерений выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. Свидетельства о поверке и техническая документация на средства измерений представлены.

Нарушения не выявлены

(с указанием характера выявленных нарушений (нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ; воспрепятствование законной деятельности лица, осуществляющего надзор; невыполнение в срок законного предписания органа государственного надзора; принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; (указать лиц, допустивших указанные нарушения)

Нарушения не выявлены

(с указанием характера выявленных нарушений и лиц, допустивших указанные нарушения)

3. Выводы:

В ходе проведения проверки с 20.11.2017 г. по 13.12.2017 г. ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России, выполняющего измерения в сферах федерального государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности при выполнении работ по обеспечению безопасности условия и охраны труда и при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; при осуществлении деятельности в области здравоохранения; при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов; при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров, установлено, что все проверенные средства измерений утвержденного типа и поверены, что подтверждается наличием поверительных клейм на средствах измерений и в сопроводительной документации. Конструкция средств измерений обеспечивает ограничение доступа к определенным частям средств измерений в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений. Механических повреждений средств измерений и устройств, входящих в состав узлов учета, не обнаружено. Нарушений требований к условиям эксплуатации средств измерений не выявлено. Результаты измерений выражены в единицах величин допущенных к применению в Российской Федерации. Свидетельства о поверке представлены.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

не выявлено

при отсутствии нарушений указать – не выявлено

измерений выражены в единицах величин допущенных к применению в Российской Федерации. Свидетельства о поверке представлены.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

не выявлено

при отсутствии нарушений указать – не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- | | |
|---|--------|
| 1) Выписка из ЕГРЮЛ | 4 л.; |
| 2) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | 1 л.; |
| 3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | 1 л.; |
| 4) Устав ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России. Приказ Минтруда Российской Федерации №880 от 23.11.2015 Об утверждении устава ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России | 17 л.; |
| 5) Приказ от 16.02.2015 г. № 5-кр (копия) | 1 л.; |
| 6) Трудовой договор №110 от 16.02.2015 | 7 л.; |
| 7) Приказ №116 от 14.07.2017 | 1 л.; |
| 8) Карточка юридического лица | 1 л.; |
| 9) Государственный контракт №ЭКС03180 от 06.02.2017 | 5 л.; |
| 10) Государственный контракт №445 от 11.09.2017 | 3 л.; |
| 11) Государственный контракт №13-5-10647 ИВ ОТ 11.09.2017 | 3 л.; |
| 12) Государственный контракт ГК №71-Б/к от 06.02.2017 | 3 л.; |
| 13) Протокол проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям №1504/205-1 от 20.11.2012 | 2 л.; |
| 14) Протокол проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям №1504/205 от 12.12.2012 | 2 л.; |
| 15) Сопроводительное письмо с отметкой о получении копии приказа | 1 л.; |
| 16) Лист учета времени проведения мероприятий | 1 л. |

Акт составлен на 6 листах в 2-х экз. и направлен (вручен):

1) Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение "Ивановский радиотехнический техникум-интернат" министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России);

2) Территориальный отдел (инспекция) по Ивановской области ЦМТУ Росстандарта.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник территориального отдела (инспекции)
по Ивановской области ЦМТУ Росстандарта

(должность проверяющего)

(подпись проверяющего)

Леонтьева Лариса Борисовна
(ФИО проверяющего)

Старший государственный инспектор
территориального отдела (инспекции)
по Ивановской области ЦМТУ Росстандарта
(должность проверяющего)



(подпись проверяющего)

Новожилова Галина Рудольфовна
(ФИО проверяющего)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Соколова Татьяна Владимировна – директор Федерального казенного профессионального образовательного учреждения "Ивановский радиотехнический техникум-интернат" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» января 2017 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Копия настоящего акта направлена по адресу _____

(в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении),
(указать адрес юридического лица/ИП, дату и номер заказного письма)